



## Analysezertifikat

Produkt: 10-0001 Histowax

Charge: 519788

Datum der Fertigung: 05.2019

Haltbarkeit: 05.2024

Spezifikation Nr. PS9009

<u>Test</u>	<u>Methode</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Spezifikation</u>
Schmelzpunkt	ASTM D1321	55.0°C	130/135°F (54.0-57.0°C)
Visuell	ASTM D156	30	+25 min.
Ausflockung		beständig	beständig

Die obige Charge entspricht vollständig der Produktspezifikation

Unterschrift pp. M/C.....

Matthew Cripps  
QA Manager

Dated 08/07/2019.....